

仕 様 書

長崎県警察本部
警務部会計課調度係

- 1 件名
尿中薬物検査試薬外購入
- 2 購入品名、規格、数量

品 名	規 格 等	数 量
① 尿中薬物検査試薬	<ul style="list-style-type: none"> ・薬物使用事実の有無について、陽性・陰性で判定できるもの ・尿（約500μL）で検査可能なもの ・検査に必要なピペットが付属しているもの ・約7分で結果判定ができるもの ・1セット25回分 ・例示品～(株)バイオデザイン アイベックススクリーンM-1 pro 	1 箱 (25回分)
② 尿中薬物検査試薬	<ul style="list-style-type: none"> ・薬物使用事実の有無について、陽性・陰性で判定できるもの ・尿（約500μL）で検査可能なもの ・検査に必要なピペットが付属しているもの ・約7分で結果判定ができるもの ・1セット25回分 ・例示品～(株)バイオデザイン アイベックススクリーンM-1 	1 箱 (25回分)
③ 血中アルコール検知管	<ul style="list-style-type: none"> ・北川式真空法ガス採取器AP-20に対応したもの ・0.2～2.0mg/mlの範囲の血中アルコール濃度を測定できるもの ・測定時の血液流入量が0.1ml ・測定時間～約2分間 ・使用範囲温度が0～40度対応(常温保存が可能なもの) ・通気量が300ml ・1セット5回分 ・例示品～光明理化学工業株式会社 北川式検知管 血中アルコール 	6 箱 (計30回分)

④ 血中一酸化炭素検知管	<ul style="list-style-type: none"> ・北川式真空法ガス採取器AP-20に対応したもの ・20～90%の範囲の血中一酸化炭素を測定できるもの ・1セット5回分 ・例示品～光明理化学工業株式会社 北川式検知管 血中一酸化炭素 	2箱 (計10回分)
⑤ 血中シアン検知管	<ul style="list-style-type: none"> ・北川式真空法ガス採取器AP-20に対応したもの ・0.2～30mg/mlの範囲の血中シアン化水素濃度を測定できるもの ・1セット5回分 ・例示品～光明理化学工業株式会社 北川式検知管 血中シアン化水素I型 	2箱 (計10回分)

3 見積書提出期限及び場所

(1) 見積書提出期限

令和6年5月1日(水) 17時00分

(2) 提出場所

長崎県長崎市尾上町3番3号

長崎県警察本部警務部会計課調度係

4 納入場所

長崎県長崎市尾上町3番3号

長崎県警察本部刑事部捜査第一課

5 納入期限

令和6年5月24日(金)

6 その他

見積書の宛名は「長崎県警察会計担当官」とすること。

見積書には「納入期限」及び「納入場所」を記載すること。

本件見積書には代表者印、社印の押印が省略できます。

押印を省略する場合は、見積書に

- ・「書類の発行権者(代表者)」の氏名及び連絡先
- ・「本件事務担当者」の氏名及び連絡先

を必ず記載してください。

(詳細は、ホームページ内の「入札参加の募集公告」－「会計情報」－「国費契約等の手続における押印等の省略について」をご参照ください。)